

《评标情况的报告》

招标编号：0622-244017002032

项目名称：合肥综合性科学中心环境研究院高分辨率
傅里叶变换红外光谱仪采购

贷款编号：

招 标 人：合肥综合性科学中心环境研究院

招标机构：安徽省招标集团股份有限公司

2024 年 9 月

报审函

招标编号：0622-244017002032

招标项目：合肥综合性科学中心环境研究院高分辨率傅里叶变换红外光谱仪采购

招 标 人：合肥综合性科学中心环境研究院

安徽省机电产品进出口办公室：

安徽省招标集团股份有限公司受合肥综合性科学中心环境研究院委托，对其高分辨率傅里叶变换红外光谱仪进行国际竞争（公开）性招标。

评标委员会遵照《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部 2014 年第 1 号令）的有关规定，现已完成该招标项目的《评标报告》。评标结果如下：

包号	中 标 人	中标设备		中标金额	预计合同金额
		名 称	数量 (km)		
01	布鲁克科学仪器香港有限公司	高分辨率傅里叶变换红外光谱仪	1 套	RMB 5472000	RMB 5472000

现将《评标报告》和《评标委员会成员评标意见表》附上，请予审核。

安徽省招标集团股份有限公司

2024 年 9 月 23 日

安徽省招标集团股份有限公司 引江济淮项目部

联系人：杨靖

电 话：0551-62220292

评标报告

招标编号：0622-244017002032

项目名称：合肥综合性科学中心环境研究院高分辨率傅里叶变换红外光谱仪采购

招标人：合肥综合性科学中心环境研究院

招标机构：安徽省招标集团股份有限公司

2024年9月23日

目 录

- 一、项目简介
- 二、招标过程简介
- 三、评标情况
- 四、评标结果

- 附件一 《开标一览表》
- 附件二 《符合性检查表》
- 附件三 《商务评议表》
- 附件四 《技术参数比较表》
- 附件五 《评标价格比较表》
- 附件六 《中标结果》

评标报告

一、项目简介

合肥综合性科学中心环境研究院高分辨率傅里叶变换红外光谱仪采购。为使本次采购能选择到最合适的供货商，采购到技术先进、性能可靠、价格合理的设备，特委托安徽省招标集团股份有限公司进行国际公开招标。

二、招标过程简介

本次招标采购于**2024年8月23日**在中国国际招标网发布招标公告，于**2024年8月23日**开始发售招标文件；至招标文件发售截止日**2024年8月30日**，共有**1家**投标人（其中，境内投标人**1家**；境外投标人**0家**）购买了招标文件，项目流标。本项目于**2024年9月2日**在中国国际招标网发布重新招标公告，于**2024年9月2日**开始发售招标文件；至招标文件发售截止日**2024年9月9日**，共有**1家**投标人（其中，境内投标人**1家**；境外投标人**0家**）购买了招标文件，详见《招标文件购买记录》。

投标截止时间为**2024年9月23日14时30分**，开标会于投标截止时间的同一时间在安徽省招标集团股份有限公司第2开标室开标。有**1家**投标人（其中，境内投标人**1家**；境外投标人**0家**，）参加投标。《开标一览表》见附件一。

鉴于二次招标投标人均不满足三家，根据商务部2014年1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》第四十六条规定“.....重新招标后投标人仍少于3个的，可以进入两家或一家开标评标.....”，本项目进入一家开标评标程序。

投标人开标过程没有异议。

三、评标情况

评标委员会依据商务部2014年1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组建，由5人组成：在中国国际招标网专家库中随机抽取专家4名，招标人代表1名。

按照招标文件的规定，本次招标的评标方法为“最低评标价法”。

评审程序和内容如下：

（一）招标人代表和招标机构代表分别向评委介绍招标项目概况和评标原则、评

标程序、评标方法及评标注意事项。

(二) 评委阅读招标文件和投标文件。

(三) 澄清投标文件中的有关问题。

(四) 评议

1. 符合性检查

评标委员会遵照《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部 2014 年 1 号令)的规定,对投标人的投标书、投标保证金、单位负责人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等作了符合性检查。

经检查,各投标人均通过符合性检查。

符合性检查的结果详见附件二《符合性检查表》。

2. 商务评议

符合性检查后,评标委员会对通过符合性审查的投标进行商务评议。

商务评议结果如下:

包号	商务评审单位	商务评审结果
01	布鲁克科学仪器香港有限公司	通过

详细的商务评议结果见附件三《商务评议表》。

3. 技术评议

评标委员会对通过商务评议的投标进行技术评议。

技术评议结果如下:

包号	技术评审单位	技术评审结果
01	布鲁克科学仪器香港有限公司	通过

详细的技术评议的结果见附件四《技术参数比较表》。

4. 价格评议

投标人经上述符合性检查、商务评议和技术评议后,进入价格评议的投标人有:

包号	价格评审单位	评审结果
----	--------	------

01	布鲁克科学仪器香港有限公司	技术评审、商务评审合格，评标价为最低价，推荐为第一中标候选人
----	---------------	--------------------------------

详细的价格评议见附件五《评标价格比较表》。

四、评标结果

经评议，评标委员会建议由以下单位中标：

包号	中标单位	中标金额
01	布鲁克科学仪器香港有限公司	RMB 5472000

评标结果详见附件六《中标结果》。

以上意见报请审核、备案。

- 附件一 《开标一览表》
- 附件二 《符合性检查表》
- 附件三 《商务评议表》
- 附件四 《技术参数比较表》
- 附件五 《评标价格比较表》
- 附件六 《中标结果》

招标机构（盖章）：

安徽省招标集团股份有限公司

2024 年 9 月 23 日

招标文件购买记录

招标编号: 0622-244017002032 项目名称: 合肥综合性科学中心环境研究院高分辨率傅里叶变换红外光谱仪采购

序号	投标人	领购人姓名	手机号码	购买日期
1	布鲁克科学仪器香港有限公司	郭歆	13817918580	2024-8-28 14:46

招标编号: 0622-244017002032 项目名称: 合肥综合性科学中心环境研究院高分辨率傅里叶变换红外光谱仪采购

序号	投标人	领购人姓名	手机号码	购买日期
1	布鲁克科学仪器香港有限公司	郭歆	13817918580	2024-9-3 21:08

附件一 开标一览表

招标编号：0622-244017002032

开标时间：2024 年 9 月 23 日 14:30

招标名称：合肥综合性科学中心环境研究院高分辨率傅里叶变换红外光谱仪采购

开标地点：安徽省招标集团股份有限公司第 2 开标室

序号	投标人名称/国别	制造商名称/国别	型号和规格	数量	报价方式	投标报价			投标保证金	交货期	备注
						币种	金额	(汇率日期：2024 年 9 月 23 日) 折算人民币			
1	布鲁克科学仪器香港有限公司/中国香港	Bruker Optics GmbH/德国	IFS 125HR	1 套	CIP 用户项目现场	免税外币人民币	5472000.00	5472000.00	RMB 100000	合同签订后 12 个月完成全部交货	该价格不含增值税，不含清关费用，包括从机场到用户现场的运输费用

主持人：黄鑫

记录人：李仁健

唱标人：黄鑫

- 注：1、按开标顺序填写。
- 2、开标价格即开标时原始唱标价。
- 3、投标保证金按投标人所报，可填写金额数，也可填写百分比。

附件二 符合性检查表

招标编号: 0622-244017002032

序号	内容	投标人
1	投标书	有
2	投标保证金	有
3	法人授权书	有
4	资格证明文件	有
5	技术文件	有
6	投标分项报价表	有
7	结论	合格

布鲁克科学仪器香港有限公司

注: 1、投标文件由单位负责人代表签署时, 无需提供法定代表人授权书。制造商直接投标无需提供厂家授权书。
 2、表中 1---6 项只需填写“有”或“无”。
 3、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

招标编号：0622-244017002032

附件三 商务评议表

评议内容		投标人	
投标人的合格性		招标文件要求	布鲁克科学仪器香港有限公司
投标的有效性	是否由单位负责人或授权代表有效签署	见招标文件第二册第六章《投标资料表》2.2	合格
	是否逐页小签	见招标文件第二册第六章《投标资料表》17.2	合格
投标保证金	投标有效期	120 天	合格
	金额	见招标文件	合格
	有效期	120 天	合格
	格式（采用保函时）	见招标文件	合格
资格证明文件	资格声明	见招标文件第二册第六章《投标资料表》13.3 相关要求	合格
	制造厂家资格声明		合格
	作为代理的贸易公司的资格声明		合格
	制造商授权书		合格
	证书		合格
	银行资信证明		合格
	售后维保服务机构		合格
经营范围		见招标文件	合格
交货期		合同签订后 12 个月完成全部交货	合格
质量保证期		自货物验收合格之日起 1 年	合格
付款条件和方式		见招标文件《合同专用条款》	合格
适用法律		见招标文件	合格
仲裁		见招标文件	合格
其他		/	/
结论		“合格”或“不合格”	合格

附件四 技术参数比较表

招标编号：0622-244017002032

项目名称：合肥综合性科学中心环境研究院高分辨率傅里叶变换红外光谱仪采购

投标人/国家或地区	布鲁克科学仪器香港有限公司/中国香港		
制造商/国家或地区	Bruker Optics GmbH/德国		
型号	IFS 125HR		
数量	1 套		
招标文件要求	技术参数	评议	
*1.高分辨率真空型傅里叶变换红外光谱仪，腔体真空压强达到 0.025 hPa。	正偏离	接受	
*2.光谱仪光谱分辨率：不小于 0.0035 cm ⁻¹ 。	无偏离	接受	
*3.光谱仪光谱波段：650-11000 cm ⁻¹ 。	无偏离	接受	
4.分辨能力：≥10 ⁶ 。	无偏离	接受	
5.波数精度：≥波数的 5×10 ⁻⁷ 倍。	无偏离	接受	
*6.光谱仪主要包括光学探测部件和太阳追踪仪两部分。其中太阳追踪仪反射镜直径不小于 150mm。	无偏离	接受	
7.光学探测部件：包括近红外（NIR）光源和中红外（MIR）光源各一个，溴化钾（KBr）和氟化钙（CaF2）分束器各一个，铟镓砷（InGaAs）探测	无偏离	接受	

器、液氮制冷碲化铟 (InSb) 探测器、液氮制冷碲汞 (MCT) 探测器和硅 (Si diode) 探测器各一个。		
8.附带无油真空泵一个。		
9.到货后 3 个月内完成设备的安装、调试和验收事宜。	无偏离	接受
10.质保期为 1 年，从验收合格之日期算起。	无偏离	接受
结论	无偏离	接受
		合格

- 注： 1、“评议”栏中填写“接受”或“不接受”。
- 2、“结论”栏中填写“合格”或“不合格”。
- 3、凡有一项主要参数不接受者，其结论即为“不合格”。
- 4、凡一般参数超出允许偏离最大范围或最高项数的，其结论即为“不合格”。

附件五 评标价格比较表

招标编号：0622-244017002032

投标人/国家或地区	布鲁克科学仪器香港有限公司/中国香港
制造商/国家或地区	Bruker Optics GmbH/德国
唱标价格	
开标价格	RMB 5472000
算术修正值	RMB 5472000
算术修正后的投标价格	0
投标声明(折扣或升、降价)	RMB 5472000
投标总价(原币值)	无
投 标 报 价	RMB 5472000
投 标 总 价 构 成	RMB 5472000
设备价	
备件及专用工具价	已含
技术服务及培训费	已含
汇率	按开标当日(2024 年 9 月 23 日)00:00 时汇率转换,100 美元=706.68 人民币
投标总价(折合美元)	USD 774325.01
供货范围偏离	无
技术偏离	无
商务偏离	无
其它	无
调整总和	0
价 格 调 整	

国内运保费		已含
进口环节税		0
评标价格		RMB 5472000
评标价格排序		1

注：1、计算关境内产品偏离加价时，应扣除投标价中包含的相关税费。
2、评标价格等于“投标总价”、“调整总和”、“国内运保费”和“进口环节税”之和。

附件六 中标结果

招标编号：0622-244017002032

货物名称、数量	高分辨率傅里叶变换红外光谱仪
中标商名称	布鲁克科学仪器香港有限公司
中标商地址	香港九龙湾常悦道九号企业广场 1 期 1 座 6 楼 608 室
制造商名称	BRUKER OPTIK GMBH
制造商地址	Rudolf-Plank-Str.27 D-76275 Ettlingen, Germany
中标价格	RMB 5472000

投标文件接收记录表

项目名称：合肥综合性科学中心环境研究院高分辨率傅里叶变换红外光谱仪采购

项目编号：0622-244017002032

序号	投 标 单 位	投标文件递交方式	签收时间	密封情况	签字	电话
1	布魯克科學儀器有限公司	现场递交	9.23. 14:12	完好	舒超	13817918580

2024年9月23日

开标记录表/Summary Sheet for Bid Opening

招标编号: 0622-244017002032

开标时间: 2024年9月23日

项目名称: 合肥综合性科学中心环境研究院高分辨率傅里叶变换红外光谱仪采购

开标地点: 安徽省招标集团股份有限公司2楼第二开标室

序号 Serial No.	投标人名称/国别 Bidder /Country	包号/品目号 Item/Packagage No.	设备名称 Descriptions	型号和规格 Model/Specs	数量 Quantity	制造商名称/国别 Manufacturer / Origin	价格条件 Quote Condition	投标总价Total Bid Price (汇率日期: 2024年9月23日)				投标保证金 Bidbond	交货期 Delivery	备注 Remarks	投标人授权代表签字 Signature
								投标货币 Currency	投标报价金额 Total Bid Price	转换人民币 总报价(¥)	转换美元总 报价(\$)				
1	布鲁克科学仪器 香港有限公司 / 中国香港	1	高分辨率傅里叶变换红外光谱仪	IFS 125HR	1套	Bruker Optics GmbH/德国	CIP 用户 项目现场	免税外币 人民币	5,472,000.00	5,472,000.00	774,325.01	人民币 100000.00	合同签订后12个月 完成全部 交货	该价格不含增值 税, 不含清 关费, 包 括从机 场到用 户现场 的运输 费用	已签

备注: 按开标当日 (2024年9月23日) 汇率转换, 100美元=706.68人民币; 100欧元=790.12人民币; 100日元=4.917人民币; 100英镑=942.76人民币。

开标人: 黄金鑫

记录人:

唱标人: 黄金鑫

注: 投标人国别为中国香港, 已签



中华人民共和国商务部
业务系统统一平台

中国国际招标网 企业端

当前位置: 专家抽取 > 抽取结果

抽取结果

项目基础信息

共需4名专家 (国家级0名, 地方级4名), 已抽出4名, 确认参加4名。			
项目编号:	0622-244017002032	项目名称:	合肥综合性科学中心环境研究院高分辨率傅里叶变换红外光谱仪采购
评审 (标) 时间:	2024-09-23 14:30:00	评审周期:	0.5
评审 (标) 地点:	安徽省招标集团股份有限公司12楼第一评标室		

抽取条件信息

第1次抽取

评审地区:	安徽省 合肥市 市辖区	联系人:	黄鑫
联系电话:	18156815929	招标设备关键字:	高分辨率傅里叶变换红外光谱仪
选择的屏蔽单位列表:	安天国际,安天国际集团,安徽省利信工程项目管理有限公司,安徽省国际招标有限责任公司		
专家所属行业:	机电—体化自动控制 (14858) 精密测量仪器 (14861) 其他专用电子设备及仪器 (14897) 地方级专家 (4人)		

专家信息

确认抽取信息		全部抽取信息							
序号	抽取次数	专家姓名	库级	地区	专业	工作单位	工作电话	手机号	参与情况 (确认/请假及请假理由)
1	第1次抽取	孙洋	地方级	安徽省合肥市市辖区	计算机网络安全设备	安徽省体育彩票管理中心 (省体育局信息中心)	086-0551-62886026	18956088232	确认
2	第1次抽取	王蜀峰	地方级	安徽省合肥市市辖区	通信网络设备	安徽广播电视台运营保障中心	086-0551-65993106	18105692985	确认
3	第1次抽取	刘元生	地方级	安徽省合肥市市辖区	计算机网络安全设备	安徽新闻出版学院	086-0551-63838907	13866661448	确认
4	第1次抽取	张纛	地方级	安徽省合肥市市辖区	机电一体化自动控制	慧桥电气技术(上海)有限公司	086-010-000000000	13500505342	确认

打印 返回



主办单位：中华人民共和国商务部

网站标识码bm22000001

京ICP备05004093号-1

京公网安备 11040102700091号

网站管理：商务部电子商务和信息化司

统一平台技术支持电话：010-67870108

咨

印

☺

评标委员会成员名单

项目名称：合肥综合性科学中心环境研究院高分辨率傅里叶变换红外光谱仪采购

项目编号：0622-244017002032

专 家 评 委			
序号	姓 名	工作单位	联系电话
1	张 继	慧桥电子技术有限公司	13500505342
2	王蜀峰	安徽广播电视台运营保障中心	18105692985
3	刘元生	安徽省图书馆	13866661448
4	孙 涛	省体彩中心	18956088232
5			
采 购 单 位 评 委			
1	王 霞	中国科学院合肥物质科学研究院	18255112819
2			

安徽招标集团股份有限公司
评标委员会成员评标意见表

招标编号： 0622-244017002032		项目名称：合肥综合性科学中心 环境研究院高分辨率傅里叶变换 红外光谱仪采购	
评委姓名：刘之生		工作单位：安徽招标集团股份有限公司	
职务或职称：副教授		所从事行业：教育	
联系电话：13866661448		传真：	
电子邮件：			
中标候选人 排名及主要 理由	经评议： 布鲁克科学仪器香港有限公司技 术和商务标符合招标文件要求，价 格合理，拟推荐为第一中标候选人。		
其他投标人 未进入中标 候选人名单 的主要理由	无		
评委成员签字：刘之生		签字日期：2024.9.23	

注：1、此表必须由评标委员会的每位成员填写，并作为评标报告必不可少的一部分。
2、本页不够可加附页，并请评委逐页签字。

安徽招标集团股份有限公司 评标委员会成员评标意见表

招标编号： 0622-244017002032		项目名称：合肥综合性科学中心 环境研究院高分辨率傅里叶变换 红外光谱仪采购	
评委姓名：张继		工作单位：慧桥网络技术有限公司	
职务或职称：高工		所从事行业：机电	
联系电话：13500505342		传真：	
电子邮件：			
中标候选人 排名及主要 理由		布鲁克科学仪器香港有限公司 技术规格和商务条款满足招标文件要求。 报价不高于控制价。	
其他投标人 未进入中标 候选人名单 的主要理由			
评委成员签字：张继		签字日期：2024.9.27	

注：1、此表必须由评标委员会的每位成员填写，并作为评标报告必不可少的一部分。
2、本页不够可加附页，并请评委逐页签字。

安徽招标集团股份有限公司 评标委员会成员评标意见表

招标编号: 0622-244017002032		项目名称: 合肥综合性科学中心 环境研究院高分辨率傅里叶变换 红外光谱仪采购	
评委姓名: 孙涛		工作单位: 省体研中心	
职务或职称: 高工		所从事行业: 机电	
联系电话: 1895608842		传真:	
电子邮件:			
中标候选人 排名及主要 理由	布鲁克科学仪器有限公司. 响应招标文件要求, 价格合理		
其他投标人 未进入中标 候选人名单 的主要理由	无		
评委成员签字: 孙涛		签字日期: 2022年9月23日	

注: 1、此表必须由评标委员会的每位成员填写, 并作为评标报告必不可少的一部分。
2、本页不够可加附页, 并请评委逐页签字。

安徽招标集团股份有限公司
评标委员会成员评标意见表

招标编号： 0622-244017002032		项目名称：合肥综合性科学中心 环境研究院高分辨率傅里叶变换 红外光谱仪采购	
评委姓名：王蜀山		工作单位：安徽广播电视台运营保障中心	
职务或职称：高工		所从事行业：机电	
联系电话：18105692985		传真：	
电子邮件：			
中标候选人 排名及主要 理由	经评审：布鲁克科学仪器香港有限公司，商 务及投标文件满足招标文件要求，价格合理， 推荐为中标人。		
其他投标人 未进入中标 候选人名单 的主要理由	无		
评委成员签字：王蜀山		签字日期：2024.9.23	

注：1、此表必须由评标委员会的每位成员填写，并作为评标报告必不可少的一部分。
2、本页不够可加附页，并请评委逐页签字。

安徽招标集团股份有限公司 评标委员会成员评标意见表

招标编号： 0622-244017002032		项目名称：合肥综合性科学中心 环境研究院高分辨率傅里叶变换 红外光谱仪采购	
评委姓名： 王波		工作单位：中国科学院合肥物质科学研究院	
职务或职称： 研究员		所从事行业： 科研	
联系电话： 18255112819		传真：	
电子邮件： wwang@qdiofm.ac.cn			
中标候选人 排名及主要 理由	本鲁克科学仪器香港有限公司商务及 技术文件满足招标文件之要求， 价格合理，推荐为中标候选人。 人。		
其他投标人 未进入中标 候选人名单 的主要理由	无		
评委成员签字： 王波		签字日期： 2024.9.23	

注：1、此表必须由评标委员会的每位成员填写，并作为评标报告必不可少的一部分。
2、本页不够可加附页，并请评委逐页签字。

评标委员会评委须知

为使评标工作合法、有序、顺利进行，根据国家相关法律法规，特制定以下评委须知，请各位评委在进行评审活动之前，认真阅读并签字。

一、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则，严格遵守国家的法律、法规和相关政策规定，保护招标、投标人的合法权益，做到公平、公正。

二、评标活动依法进行，任何单位、个人不得干预或者影响评标过程和结果。

三、评标活动在保密的情况下进行：评委应支持并配合项目负责人、特邀监督员开展的相关工作。

四、评标活动应当接受招标单位委派人员的监督。

五、评审专家不得参加与自己有利害关系的项目评审活动。对自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该项目投标人任职（包括一般工作）或担任顾问，与参加该项投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标情况。

六、招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

七、评委享有独立评审的权利。

八、评委应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对打分和评审意见承担个人责任。

九、评审委员会成员在评标过程中不得擅自离岗，影响评标过程正常进行，不得使用电话、手机与外界联系。需进行咨询的，应告由现场人员进行。

十、评审纪要由评委全体成员签字。对评标结论持有异议的评委会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评委会成员拒绝在评审纪要上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评委会应对此作出书面说明并记录在案。

十一、评标结束后，评委会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当及时归还招标人。

十二、评委会成员不得和任何与招标结果有利害关系的人或单位进行私下接触，不得受投标人、中介人、其他利害关系的财物或者其他好处。评委会成员和评标活动有关的工作人员不得对外透露与评标有关的情况。

十三、由于评审专家个人的违规行为给有关单位造成经济损失的，相关评审专家应当承担经济赔偿责任。

评委签字：

刘立生 孙济 王雪峰
王茂 陈强

2024年9月23日

评标专家承诺书

本人受招标人聘请，自愿担任合肥综合性科学中心环境研究院高分辨率傅里叶变换红外光谱仪采购 0622-244017002032 的评标委员会成员，现郑重承诺如下：

一、本人享有下列权利：

- （一）受聘参加评标活动；
- （二）依据招标文件规定的标准和方法，依法对投标文件进行独立评审，提出评审意见，不受任何单位和个人的干预；

（三）获取参加评标活动的劳务报酬；

（四）法律、法规、规章规定的其他权利。

二、本人应当履行下列义务：

- （一）遇到法定回避的情形，应当主动提出回避；
- （二）客观公正地进行评标，对提出的评审意见承担责任；
- （三）对应当否决的投标文件，依法提出否决意见；
- （四）发现违法违规行为，及时向有关监管部门反映或举报；
- （五）配合对评标结果的异议、投诉等事项的答复；
- （六）不得向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；
- （七）不得私下接触投标人，不得收受投标人或者其他利害关系人的财物或者其他好处；
- （八）暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；
- （九）不得违法透露评标过程中获得并应当保密的各种信息；
- （十）法律、法规、规章规定的其他义务。

三、本人应当严格遵守下列工作纪律：

- （一）不得擅离职守；
- （二）不得无故拖延评标时间；
- （三）不得无正当理由拒绝在评标报告上签字；
- （四）不得将评标过程中涉及的资料或者数据信息等带离评标区域；
- （五）不得有其他影响评标秩序的行为。

四、本人不存在下列不得担任评标委员会成员的情形：

- （一）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(三) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(四) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(五) 与投标人有其他利害关系。

五、如果本人不履行义务、不遵守工作纪律或虚假承诺，依据《评标委员会和评标办法暂行规定》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》和《安徽省综合评标评审专家库管理办法》的规定，愿意接受相关处罚。

承诺人：

孙峰 刘志强 王瑞清 王庆 陈

日期：2024 年 9 月 23 日